

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki  
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin  
81/ 718-44-00  
81/ 747-86-46

Lublin 26.05.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomp insulinowych. Numer ogłoszenia: 73035 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający określając parametr: „Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h" wymaga urządzenia posiadającego możliwość ustawienia danego parametru, zarówno w procentach, jak i w jednostkach na godzinę, do wyboru przez pacjenta?

Tak, Zamawiający potwierdza w/w parametry.

Pytanie nr 3

Czy „Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię {minimalne wymogi w załączniku 1)" Zamawiający rozumie jako oprogramowanie, w którym zawarte będzie podsumowanie terapii na jednej stronie (w tym baza, bolusy, wrażliwość na insulinę w przedziałach czasowych, średnie dawki insuliny w liczbach)? Dzielne, jednostronicowe zestawienie wykorzystania Kalkulatora Bolusa, opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus oraz wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru.

Nie, Zamawiający nie wymaga w/w podsumowania na jednej stronie.

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, by pompa insulinowa była wyposażona w kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny wraz z możliwością ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta?

Tak, Zamawiający potwierdza w/w wymagania.