

Lublin 26.06.2015r.

Instytut Medycyny Wsi informuje, iż wpłynęły następujące zapytania dot. treści specyfikacji zaproszenia do składania ofert na: **dostawę odczynników : 5 zadań – z dnia 23 czerwca 2015r.**

Do zadania 3

1. Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia , zadanie 3, pozycja 1.

Zamawiający zapisał:

“Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems nr **4336917**)”

Uprzejmie informujemy iż produkt Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit znajduje się pod numerem katalogowym 4337455 jako zestaw składający się z:

4336697 2 TUBE,5X SEQ BUFFER SMALL

4336917 1 FG,BDT v3.1 RR-100

Produkt o numerze katalogowym **4336917** nie jest sprzedawany samodzielnie lecz tylko i wyłącznie w zestawie pod numerem głównym **4337455**. Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany w załączniku nr 2.

Zamawiający informuje, załącznik został poprawiony

2. Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 3, zadanie 3.

Zamawiający zapisał:

„Wszystkie dostarczane materiały pomocnicze winny posiada co najmniej 10 miesięczny termin ważności licząc od daty dostawy.”

Uprzejmie prosimy o zmianę tego zapisu dla zadania 3 tak by brzmiał:

„Wszystkie dostarczane materiały pomocnicze winny posiada termin ważności licząc od daty dostawy:

- minimum 8 miesięcy pozycja 1 i 3

- minimum 4 miesiące pozycja 2 i 4

Prośbę swoją motywujemy tym, iż produkty te charakteryzuje krótki termin ważności. Wiele z nich już w dniu wyprodukowania nie spełnia kryterium Zamawiającego. Asortyment ten jest produkowany

i magazynowany poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, fakt iż nawet dla tych dla których producent przewidział termin ważności zgodny z wymaganiami Zamawiającego , Wykonawca nie jest w stanie spełnić kryterium przedstawione w zaproszeniu.

Zamawiający wyraża zgodę

3. Dotyczy treści zaproszenia, rozdział III oraz wzoru umowy, §3, ustęp 1. – zadanie 3.

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 7 dni roboczych do 20 dni roboczych.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany i magazynowany poza granicami kraju.

Zamawiający wyraża zgodę

4. Dotyczy treści zaproszenia, rozdział III oraz wzoru umowy, §3, ustęp 3. – zadanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Zamawiający wyraża zgodę

5. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 1. – zadanie 3.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie terminu płatności z 45 dni na do 30 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.