

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
81/ 718-44-00
81/ 747-86-46

Lublin 04.09.2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomp insulinowych. Numer ogłoszenia: 129273 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015

W związku z zapytaniem uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ - punkt XII, opis sposobu obliczania ceny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kryterium SIWZ „Gwarancja i Serwis” na kryterium niepunktowane i przeniesie jego wagę 15% na kryterium Parametry techniczne „Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy”, bez punktacji dodatkowej za długość udzielonej gwarancji?

Informujemy, że nasza firma, jako potencjalny wykonawca, w sytuacji, kiedy pompa insulinowa używana przez pacjenta uznana zostanie za wadliwą, zawsze wymienia na pompę sprawną, sprawdzoną, wolną od wad.

Natomiast w sytuacji, kiedy pompa ulegnie uszkodzeniu, co zostanie zgłoszone oraz potwierdzone przez wykwalifikowanych pracowników naszej całodobowej infolinii, zostanie wymieniona na pompę pełnowartościową, tego samego modelu.

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z punktem 2.5 procedury NFZ odrębnie kontraktowanej „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych”:

„Na koszty świadczenia składają się:

1) zaopatrzenie świadczeniobiorcy w nową pompę insulinową nie częściej niż raz na 4 lata oraz zapewnienie serwisu tej pompy (zaprzestanie leczenia z użyciem pompy nie rodzi obowiązku jej zwrotu świadczeniodawcy)”.
Z interpretacji tego zapisu wynika, iż w momencie zakończenia 4-letniej ochrony gwarancyjnej pacjent, który

leczy się przy pomocy pompy insulinowej (starszej niż 4 lata), ma prawo otrzymać nowe urządzenie.

Zapis ten nie tylko wystarczająco zabezpiecza dostęp pacjentów do bezpłatnego serwisu i gwarancji, ale również umożliwia pacjentom co 4 lata wymianę pompy na model nowocześniejszy, pozwalający na lepsze wyrównanie.

Utrzymanie zapisu SIWZ punktującego dodatkowo wydłużanie gwarancji powyżej 4 lat może niektórym pacjentom uniemożliwić przez kilka kolejnych lat dostęp do nowszej, a co za tym idzie lepszej formy terapii, gdyż w świetle regulacji NFZ po 4 latach nie będą mogli wymienić pompy na nowszy model, gdyż ich stara pompa będzie nadal objęta gwarancją.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Zestawienie parametrów (Funkcje dodatkowe pompy), pkt 23

„Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do odczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 1)”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowych parametrów punktowanych:

Podsumowanie terapii na jednej stronie (w tym baza, bolusy, wrażliwość na insulinę w przedziałach czasowych, średnie dawki insuliny w liczbach). Dienne, jednostronnicowe zestawienie wykorzystania Kalkulatora Bolusa, opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus, z uwzględnieniem: insuliny aktywnej, różnicy pomiędzy bolusem zalecanym a podanym, dawki insuliny w bolusie wyliczonej na posiłek i na korektę, wraz z podaniem w tym samym miejscu aktualnie zaprogramowanych w pompie parametrów Kalkulatora Bolusa (zakres docelowy, przelicznik węglowodanowy, wrażliwość na insulinę).

Jak potwierdza praktyka kliniczna, takie zestawienie danych w jednym miejscu pozwala na pełną i szybką ocenę danego przypadku przez lekarza, co wydatnie przyczynia się do przyspieszenia procesu diagnostycznego, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania wizyt u lekarza specjalisty.

A. TAK = 5 pkt.

B. NIE = 0 pkt.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Zestawienie parametrów-Funkcje dodatkowe pompy, pkt 26 - 27

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, by pompa insulinowa była wyposażona w kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny wraz z możliwością ręcznego wprowadzenia glikemii do kalkulatora bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta?

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy: Zestawienie parametrów-Funkcje dodatkowe pompy, pkt 26 - 27

Czy Zamawiający miał na myśli, w punkcie 26 kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych i pkt 27 kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych, w którym to do obliczenia bolusa jest brana pod uwagę aktywna insulina, a aktywna insulina stanowi sumę insuliny podawanej w bolusach do posiłkowych i insulina podawana jako korekta poziomu glikemii?

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik SIWZ Parametry techniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego:

„Możliwość stałego skomunikowania i współpracy bezprzewodowej pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem”?

Obecnie komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pompą insulinową a glukometrem należy do standardowych rozwiązań stosowanych przez producentów. Wszystkie modele pompy insulinowych Medtronic Paradigm współpracują bezprzewodowo z glukometrami Contour Link. Współpraca ta polega na automatycznym przesłaniu dokonanego pomiaru glikemii bezpośrednio z glukometru do pompy, do funkcji kalkulatora bolusa.

Do pompy Medtronic można przypisać na stałe 3 glukometry Contour Link równocześnie. Jak pokazuje doświadczenie wielu pacjentów, możliwość taka jest bardzo przydatna, zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych (studiujących, aktywnych zawodowo). Zdarza się bowiem, że pacjent wychodząc w pośpiechu z domu zapomni glukometru współpracującego z pompą. W tej sytuacji traci możliwość automatycznego przesłania glikemii do pompy (np. do kalkulatora bolusa). Jednak gdy pacjent posiada możliwość przypisania więcej niż 1 glukometru do pompy, to często zaopatruje się w zapasowe glukometry i umieszcza je w miejscach, w których najczęściej przebywa (dom, praca, samochód). Pozwala to pacjentowi na skorzystanie z glukometru zapasowego w każdej chwili, co ważne glukometru skomunikowanego już z pompą. To z kolei przekłada się na możliwość systematycznego i precyzyjnego korzystania z funkcji Kalkulatora Bolusa w każdej sytuacji.

Z terapeutycznego punktu widzenia pacjent korzystający z funkcji skomunikowanego z pompą glukometru oraz kalkulatora bolusa odnosi szereg korzyści:

- większą dokładność w dawkowaniu insuliny, zapobieganie błędom w obliczaniu dawki,
- lepszą kontrolę glikemii poposiłkowej,
- zmniejszoną liczbę bolusów korekcyjnych, koniecznych do skorygowania hiperglikemii poposiłkowej,
- zapobieganie wtórnej hipoglikemii wynikającej ze zjawiska „nagromadzenia się insuliny”, występującego po podawaniu częstych bolusów (kalkulator bolusa „pamięta”, kiedy pacjenci podawali wcześniejsze bolusy i wylicza ilość wciąż aktywnej insuliny),
- zmniejszoną ilość spożywanych węglowodanów wymaganych do leczenia hipoglikemii w porównaniu ze standardowymi technikami podawania bolusów,
- optymalną kontrolę glikemii - glikemia w granicach normy przez większą ilość czasu. Kalkulator bolusa uwzględnia również aktualny zakres docelowy glikemii pacjenta, dlatego pomaga też w tzw. (ang. „treat to target”), tym samym zmniejszając liczbę wahań wartości glikemii,
- lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta,
- większą satysfakcję z leczenia.

Korzyści te zostały potwierdzone w badaniach klinicznych (EBM - Evidence Based Medicine).

A. TAK, więcej niż 1 glukometr = 5 pkt.

B. NIE, tylko 1 glukometr = 0 pkt.

Takie kryterium SIWZ pozwoli Zamawiającemu wybrać zarówno najkorzystniejszą ofertę cenową, jak również pompę insulinową najwyższej jakości, oferującą parametry, które mają wydatny wpływ na zdecydowaną poprawę wyrównania glikemii, a co za tym idzie poprawę jakości terapii cukrzycy oraz większy komfort życia pacjenta.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy : rok produkcji:2014- Czy Zamawiający dopuści pompy z rokiem produkcji 2015?

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza pompy z rokiem produkcji 2015.