

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
81/ 718-44-00
81/ 747-86-46

Lublin 02.11.2015r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni internistycznych badań czynnościowych. Numer ogłoszenia: 157291 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia: 10.11.2015r. do godz: 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2015r. o godz: 12:00.

W związku z zapytaniem uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Zadanie nr 3 - Aparat do pH-metrii przelyku z impedancją

Pytanie:

Pytanie 1 Dotyczy pkt. 26 oraz 29 tabeli – w podpunkcie 26 tabeli Zamawiający napisał: „Sondy jednorazowe pH/impedancja, lokalizacja LES dla dorosłych, wielokanałowe 30 sztuk” a w podpunkcie 29: „Elektrody pH-impedancja, dostosowane do lokalizatora LES, jednorazowe, min 20 sztuk dla dorosłych, wielorazowe 2 szt.”.

W związku z tym, że zapisy obydwu podpunktów częściowo się pokrywają, uprzejmie prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania: a) 30 sztuk sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych? b) 20 sztuk sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych? c) 50 sztuk (30 szt. z podp. 26 + 20 szt. z podp. 29) sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z podpunktem 29 :”Elektrody pH-impedancja, dostosowane do lokalizatora LES, jednorazowe, min 20 sztuk dla dorosłych, wielorazowe 2 szt.”

Zamawiający dokonuje wykreślenia w wymaganych warunkach technicznych załącznik nr 7 podpunkt 26.

Zadanie 4 Polismonograf

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze rejestratora 200g? Powyższa wartość niewiele odbiega od oczekiwanej.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Instytut wymaga zaoferowania rejestratora przenośnego , z mocowaniem wygodnym dla na pacjenta o masie poniżej 150g .

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o czasie rejestracji 16h?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o 16 h czasie rejestracji.