

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki  
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin  
81/ 718-44-00  
81/ 747-86-46

Lublin 03.11.2015r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni internistycznych badań czynnościowych. Numer ogłoszenia: 157291 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

#### **Zadanie 4 Polismonograf**

##### **Pytanie 1:**

**Dot. pkt. 11:** Czy zamawiający będzie wymagał, żeby mikrofon rejestrował dźwięk otoczenia, rzeczywisty, czy jedynie częstotliwości umożliwiające analizę chrapania?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zapisu wszystkich dźwięków otoczenia. Urządzenie powinno umożliwić rejestrację chrapania (odrębną od rejestracji z kanału flow) przy użyciu mikrofonu, bez precyzowania zastosowanego rozwiązania.

##### **Pytanie 2:**

**Dot. pkt 21:** Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie, które znacząco przewyższa wymagane parametry dotyczące wagi (89 gram) i zasilania (1 bateria AA), a oferuje 9 godzin nagrania łącznie z nagrywaniem rzeczywistego dźwięku?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia treść pkt. 21 w zadaniu 4 na "Czas rejestracji min 8 godzin".**

**Zamawiający wymaga Rejestratora przenośnego, z mocowaniem wygodnym dla na pacjenta o masie poniżej 150g .**

##### **Pytanie 3:**

**Dot. pkt. 22:** Czy zamawiający dopuści bardziej nowoczesne rozwiązanie, tj. sprawdzanie wszystkich czujników wraz z pomiarem impedancji poprzez dołączony do zestawu tablet, który łączy się z urządzeniem bezprzewodowo?

##### **Odpowiedź:**

Jeśli urządzenie umożliwia wykonanie kontroli czujników przy pacjencie, niezależnie i w oddaleniu od stacji komputerowej zawierającej oprogramowanie analityczne, zamawiający dopuści takie urządzenie. Priorytetem dla zamawiającego jest mobilność urządzenia.