

Lublin 12.02.2016 r.

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy odczynników do badań diagnostycznych

- Zadanie 1- Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMerieux lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora Mini Vidas
- Zadanie 2 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne
- Zadanie 3 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu BIOMEDICA lub równoważne
- Zadanie 4 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu NovaTec Immunodiagnostica GmbH lub równoważne
- Zadanie 5 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Fuller Laboratories lub równoważne
- Zadanie 6 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu FOCUS Diagnostics lub równoważne
- Zadanie 7 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN lub równoważne
- Zadanie 8 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion/Serion GmbH lub równoważne
- Zadanie 9 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne
- Zadanie 10 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne

W związku z zapytaniem uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

#### **Pytania:**

1. §1 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów w zadaniu nr 1 z minimalnym terminem ważności dla poz. 1,2,4 - 4 miesiące a dla poz. 3 minimum 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe terminy ważności.**

2. §3 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia”?

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w treści SIWZ.**

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji ustępów.

**Zamawiający dołącza umowę -załącznik nr 5 z poprawioną numeracją ustępów.**