

Lublin 19.02.2016 r.

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę 6 pomp insulinowych Zadanie 1: 3 pompy insulinowe
Zadanie 2: 3 pompy insulinowe
Numer ogłoszenia: 15767 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Pytania:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 i 2 dopuści pompy insulinowe zasilane bateriami 1/2 AA..
Zamawiający zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wymaga zasilania pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki), i dopuszcza baterie, które spełniają ten warunek, bez wskazania konkretnej wielkości, pojemności.