

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki  
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin  
81/ 718-44-00, 81/ 747-86-46

Lublin 26.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowych kleszczy biopsyjnych do endoskopów giętkich owalnych z igłą i bez igły o średnicy 1,8mm, 2,3mm i długości 180, 230 cm.

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi przedmiotu zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych owalnych z igłą lub bez o średnicy 1,8mm i 2,4mm oraz długości 160 i 230 cm.

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o w/w parametrach.