

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin

Lublin, 05.10.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z 03.10.2016r.na: „Zakup i dostawa aparatury niezbędnej do realizacji badań objętych projektem pt. „Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-diokspiroolidyno-1-yllo)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”

Zadanie Nr 1. Łazienka wodna z wyposażeniem

Zadanie Nr 2. Basen do testu wodnego Morrisa z oprogramowaniem i wymaganymi akcesoriami

Zadanie Nr 3. Wytrząsarka kołyskowa 3D

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wytrząsarki o wymiarach 370x420x200 mm spełniającej pozostałe wymagania określone w specyfikacji przedmiotu zamówienia. Prośbę swą uzasadniamy faktem, iż ruch 3D dla wytrząsarek wymaga większej wysokości. Posiadamy w naszej ofercie wytrząsarkę, która ma wymiary 370x420x106mm natomiast umożliwia wytrząsanie tylko w jednej płaszczyźnie.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego