

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin

Lublin, 06.10.2016 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z 03.10.2016r.na: „Zakup i dostawa aparatury niezbędnej do realizacji badań objętych projektem pt. „Ocena właściwości neuroprotektoryjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-yl)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”

Zadanie Nr 1. Łaźnia wodna z wyposażeniem

Zadanie Nr 2. Basen do testu wodnego Morrisa z oprogramowaniem i wymaganymi akcesoriami

Zadanie Nr 3. Wytrząsarka kołyskowa 3D

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Zapytania ofertowego przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić.

Zadanie nr 1 (łaźnia wodna z wyposażeniem):

- 1) czy zamawiający może zrezygnować z instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia?
- 2) czy zamawiający może zrezygnować z dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Zadanie nr 3 (Wytrząsarka kołyskowa 3D):

- 1) czy zamawiający może zrezygnować z instalacji i szkolenia z obsługi urządzenia?
- 2) czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z parametru dotyczącego wymiarów i zamianę go na: szer. x gł. x wys.: 360 x 430 x 106 mm i zamianę na: szer. x gł. x wys.: 355 x 352 x 160 mm?
- 3) czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z parametru dotyczącego maksymalnego obciążenia z 5 kg i zamianę na maks 2,3 kg?
- 4) czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z parametru dotyczącego mocy urządzenia z: max 20 W?
- 5) czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z parametru dotyczącego silnika bezszczotkowego?
- 6) czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z parametru dotyczącego zakresu prędkości i zamianę go na 030 obr./min?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.