

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę preparatów do dezynfekcji – 5 zadań**”

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2146 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Zadanie nr 1 poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatów spełniających wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenco. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na worki o pojemności 1000ml, zamawiający posiada zamontowane dozowniki systemu Sterisol. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 1 poz. 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatów spełniających wszystkie zapisy SIWZ,

konfekcjonowanych w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenco. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na worki o pojemności 1000ml, zamawiający posiada zamontowane dozowniki systemu Sterisol. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie nr 3 poz. 1 i 1a

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut, nie wymagający zastosowania aktywatora konfekcjonowany w op. 1kg oraz 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na preparat nie wymagający zastosowania aktywatora.

Zadanie nr 3 poz. 7

Czy zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ konfekcjonowany w op. 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1litrowych.

Zadanie nr 3 poz. 8

Czy zamawiający dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na chusteczki konfekcjonowane w op. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści preparat do trudnodostępnych powierzchni konfekcjonowany w op. 500ml ze spryskiwaczem lub 1l ze spryskiwaczem oraz 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania w przedziale 0,6 – 1,0 l.

Zadanie nr 4 poz. 3

Czy zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ konfekcjonowany w op. 1L oraz 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1 i 5 litrowych.

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w op. 1L oraz 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł w SIWZ zapotrzebowanie opakowania a 1 litr – 30 sztuk i opakowania a 5 litrów – 100 sztuk.